



样品编号 YAMA13-2400562 钢筋原材初检 采集日期试验日期错误情况说明

湖南建研信息技术股份有限公司：

今天在钢筋原材初检过程中，由于浙江义宇仪器设备有限公司 WYW-1000SS 1000kN 微机控制电液伺服万能材料试验机电脑主板电池断电，造成电脑时间重置为 2016 年 6 月 1 日，检测员未及时发现，在进行样品编号 YAMA13-2400562 钢筋原材拉伸试验时，第一根采集时间为 2016 年 6 月 1 日 0 时 31 分 41 秒。



第一根拉伸完毕后，发现日期不对，改完电脑日期后，第二根采集时间正确。



现造成第一根采集时间错误，第一根实际采集时间应在2024年12月5日上午9时31分。BS系统结果汇总界面试验起始日期和试验完成日期均为2016年6月1日。请给予改正为盼！



广西世诚工程检测有限公司

2024年12月5日

